



„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl



ZP/09-2021/TP

Olecko dnia 2021-05-28

**SPROSTOWANIE DO
WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Część II z dnia 27.05.2021r.**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: **Dostawa podłoży mikrobiologicznych i zestawów biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Laboratorium Mikrobiologii na potrzeby szpitala „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o.**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, zmienia treść odpowiedzi w zakresie **pytania 20** opublikowanego na stronie prowadzonego postępowania <https://olmedica.pl/zamowienia-podlegajace-ustawie> w dniu **27.05.2021r.**

Pytanie nr 20

Dotyczy pnt 26. Tabela D Parametr /warunek

Oferent prosi o odstąpienie od tego punktu w celu zwiększenia ilości oferentów oraz obecne rekomendacje dotyczące braku preinkubacji.

Zgodnie z opisanym w ulotkach technicznych zastosowaniem podłoży w butelkach do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych:

Powinny one jak najszybciej, bez zbędnych opóźnień trafić do aparatu w celu uniknięcia wyników fałszywie negatywnych. Proces preinkubacji jest w tym przypadku nieprawidłowy oraz niezgodny z rekomendacjami producentów systemów dostępnych na rynku. Butelka, która trafia do aparatu z opóźnieniem np z powodu zamkniętego laboratorium, powinna być przechowywana w temp pokojowej.

Było:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, aby procedura obsługi butelek nie obejmowała zwalidowanej procedury preinkubacji. Nie zwalnia to Wykonawcy z dostarczenia instrukcji obsługi oferowanych butelek do oferty.

Winno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ze względów organizacyjnych pracowni mikrobiologicznej Zamawiającego. Zamawiający wymaga zwalidowanej procedury opóźnionego wkładania podłoży z materiałem przed wstawieniem do aparatu do 24 godzin.



„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Fax. (087) 520 25 43
e-mail: olmedica@olmedica.pl



W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.

Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

W załączeniu:

- ZMIANA3 Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu „Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.

/-/mgr Katarzyna Mróz

Sporz. Natalia Sułek

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875
Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN
Certyfikat **ISO 9001:2015** nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2