



ZP/8 – 2020/PN

Olecko dnia 2020-05-22

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - CZĘŚĆ II

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą.”**

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:

1. Dotyczy Pakiet nr 2. Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści test Test immunochrom.HIV1+2, o czułości 99,9%?

Odpowiedź: Zamawiający, podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy Pakiet nr 2. Pytanie 2. Zwracamy się z Prośbą o doprecyzowanie jakie parametry mają być oznaczane przy użyciu testów w pozycjach 5 i 6.

Odpowiedź: W pozycji nr 6 Zamawiający informuje, że mają być wykrywane narkotyki: THC, AMP, COC, BAR, MET, BZD, OPI, MTD, PCP, TCA, MDMA, OXY. Natomiast w pozycji nr 5 Zamawiający informuje, że test powinien określać następujące parametry np.: THC, AMP, COC, BAR, MET, BZD, OPI, MTD, PCP, TCA, MDMA, OXY.

3. Poz. 28 – Czy Zamawiający zaakceptuje woreczki dwukieszeniowe o wymiarze: 155x175 mm (kieszek na próbkę) oraz 155x235mm (kieszek na dokumenty)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp.

Zamawiający zaprasza do składania ofert do dnia 26-05-2020r. godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26-05-2020r. godz. 10:00 za pośrednictwem transmisji online pod podanym linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCZMh-H53X1oPXmOq1wFyQ7A?view_as=subscriber

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z o.o.

mgr Katarzyna Mróz

Sporz. Aneta Rydzewska

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000164875

Wysokość kapitału zakładowego: 5.190.000 PLN

Certyfikat ISO 9001:2015 nr: 251631-2017-AQ-POL-RvA

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Certyfikat akredytacyjny nr: 2020/2