

**3. Zestawienie wymaganych osłon stałych**

Tabela 6 Zestawienie wymaganych osłon stałych

Oznaczenie ściany	Istniejący równoważnik materiału [mm Pb] + istniejące dodatkowe osłony [mm Pb]	Wymagany równoważnik materiału [mm Pb]	Wymagane dodatkowe osłony [Pb]
Ściana A-B	$1,5 + 0,0 = 1,5$	1,3	<b>0,0</b>
Ściana B-C	$0,5 + 2,0 = 2,5$	1,5	<b>0,0</b>
Ściana C-D	$0,5 + 2,0 = 2,5$	1,0	<b>0,0</b>
Ściana D-E	$0,5 + 2,0 = 2,5$	0,5	<b>0,0</b>
Ściana E-F	$0,5 + 2,0 = 2,5$	1,0	<b>0,0</b>
Ściana F-A	$0,5 + 2,0 = 2,5$	1,0	<b>0,0</b>
Strop międzypok. nad parterem	$2,0 + 2,0 = 4,0$	1,8	<b>0,0</b>
Strop międzypok. nad piwnicą	$2,0 + 2,0 = 4,0$	0,8	<b>0,0</b>

Tabela 7 Zestawienie drzwi ochronnych, okna kontrolnego i przepustu

Oznaczenie ściany	Rodzaj osprzętu	Istniejący równoważnik materiału [mm Pb]	Wymagany równoważnik materiału [mm Pb]
Ściana B-C	Drzwi	brak danych	1,5
Ściana C-D	Okno kontrolne	brak danych	1,0
Ściana C-D	Drzwi	brak danych	1,0
Ściana D-E	Drzwi	brak danych	0,5
Ściana F-A	Przepust	brak danych	1,0

We wszystkich otworach w ścianach (drzwi, przepusty, okna kontrolne) należy sprawdzić zastosowane dotychczas osłony i w razie konieczności uzupełnić do wymaganego równoważnika Pb.