

Tabela 2 Odległość źródła promieniowania od ścian i stropów przy skierowaniu lampy na stół w pozycji poziomej

| Oznaczenie ściany | Odległość od aparatu rentgenowskiego w najbardziej niekorzystnym położeniu lampy | Rodzaj wiązki |
|--------------------------------|--|---------------|
| Ściana A-B | 2,55 m | Rozproszona |
| Ściana B-C | 3,29 m | Rozproszona |
| Ściana C-D | 3,29 m | Rozproszona |
| Ściana D-E | 3,44 m | Rozproszona |
| Ściana E-F | 1,60 m | Rozproszona |
| Ściana A-F | 1,60 m | Rozproszona |
| Strop międzykond. nad parterem | 1,30 m | Rozproszona |
| Strop międzykond. nad piwnicą | 1,50 m | Pierwotna |

Tabela 3 Odległość źródła promieniowania od ścian i stropów przy skierowaniu lampy na stół w pozycji pionowej

| Oznaczenie ściany | Odległość od aparatu rentgenowskiego w najbardziej niekorzystnym położeniu lampy | Rodzaj wiązki |
|--------------------------------|--|---------------|
| Ściana A-B | 1,42 m | Rozproszona |
| Ściana B-C | 1,69 m | Rozproszona |
| Ściana C-D | 1,69 m | Rozproszona |
| Ściana D-E | 4,57 m | Rozproszona |
| Ściana E-F | 3,20 m | Pierwotna |
| Ściana A-F | 3,20 m | Pierwotna |
| Strop międzykond. nad parterem | 1,30 m | Rozproszona |
| Strop międzykond. nad piwnicą | 1,50 m | Rozproszona |